

宁波埃美柯水表有限公司

# 检测报告

## TEST REPORT

证书编号：AM170629-6

计量器具名称 097 铁壳旋翼式湿式热水表

型号 / 规格 LXSR-15E~65E

制造单位 宁波埃美柯水表有限公司

检定结论 合格



地址：宁波骆驼通和东路 68 号

邮编：315202

检定依据：GB/T778-2007/ISO4064：2005

《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》

JJG162-2009 《冷水水表》

### 检定结果

项 目	内 容		结 论
外观检查	标志齐全、正确，封印完好、完整		合 格
过载流量	LXSR-15E	3.00m <sup>3</sup> /h	合 格
	LXSR-20E	5.00m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-25E	7.00m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-32E	12.00m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-40E	20.00m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-50E	30.00 m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-65E	30.00 m <sup>3</sup> /h	
常用流量	LXSR-15E	1.50m <sup>3</sup> /h	合 格
	LXSR-20E	2.50m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-25E	3.50m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-32E	6.0m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-40E	10.0m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-50E	15.00 m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-65E	15.00 m <sup>3</sup> /h	
分界流量	LXSR-15E	0.12m <sup>3</sup> /h	合 格
	LXSR-20E	0.2m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-25E	0.28m <sup>3</sup> /h	

	LXSR-32E	0.48m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-40E	0.80m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-50E	1.2 m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-65E	1.2 m <sup>3</sup> /h	
最小流量	LXSR-15E	0.03 m <sup>3</sup> /h	合格
	LXSR-20E	0.05m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-25E	0.07m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-32E	0.12m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-40E	0.2m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-50E	0.3 m <sup>3</sup> /h	
	LXSR-65E	0.3 m <sup>3</sup> /h	
密封检查	1.6MPa / 1Min		合格
压力损失	Δ p63		合格
试验结论	合格		

检定员: 检 11      核验员: 检 7      日期: 2017-04-28



以下空白