

宁波埃美柯水表有限公司

检测报告

TEST REPORT

证书编号: AM170630-4



计量器具名称 022 旋翼干式塑料表壳水表

型号 / 规格 LXSG-15E~25E

制造单位 宁波埃美柯水表有限公司

检定结论 合格



地址: 宁波骆驼通和东路 68 号

邮编: 315202

电话: 0574-86590821

传真: 0574-86590822

检定依据: GB/T778-2007/ISO4064: 2005

《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》

JJG162-2009 《冷水水表》

检定的主要计量标准器具和设备

序号	检验设备名称	规格
1	水表检定装置	DN15~25
2	水表耐压测试台	DN15~25
3	游标卡尺	0~300mm

检定结果

项目	内 容		结 论
公称口径	LXSG-15E	DN15	合格
	LXSG-20E	DN20	合格
	LXSG-25E	DN25	合格
指示范围及 颜色标记	LXSG-15E	符合要求	合格
	LXSG-20E	符合要求	合格
	LXSG-25E	符合要求	合格
外观检查	标志齐全、正确、封印完好、完整		合格
过载流量	LXSG-15E	3.12m ³ /h	合格
	LXSG-20E	5.00m ³ /h	
	LXSG-25E	7.87m ³ /h	
常用流量	LXSG-15E	2.5m ³ /h	合格
	LXSG-20E	4.0m ³ /h	
	LXSG-25E	6.3m ³ /h	

项 目	内 容		结 论
分界流量	LXSG-15E	0.05 ⁴ m ³ /h	合 格
	LXSG-20E	0.08m ³ /h	
	LXSG-25E	0.126m ³ /h	
最小流量	LXSG-15E	0.0312 m ³ /h	合 格
	LXSG-20E	0.05m ³ /h	
	LXSG-25E	0.0787m ³ /h	
密封检查	1.6MPa / 1Min		合 格
压力损失	Δp63		合 格
试验结论	合 格		

检定员: 检 11

核验员: 检 7

日期

