

宁波埃美柯水表有限公司

检测报告

TEST REPORT

证书编号: AM170630-6

计量器具名称 054 旋翼式单流冷水水表

型号 / 规格 LXSC-13D

制造单位 宁波埃美柯水表有限公司

检定结论 合格

地址: 宁波骆驼通和东路 68 号

邮编: 315202

检定依据: GB/T778-2007/ISO4064: 2005

《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》

JJG162-2009 《冷水水表》

检定结果

项 目	内 容		结 论
外观检查	标志齐全、正确, 封印完好、完整		合 格
流量点 q3	LXSC-13D	2.5m ³ /h	± 2 合 格
	LXSC-20D		
流量点 q2	LXSC-13D	0.04m ³ /h	± 2 合 格
	LXSC-20D		
流量点 q1	LXSC-13D	0.025m ³ /h	± 5 合 格
	LXSC-20D		
密封检查	1.6MPa / 1Min		合 格
压力损失	Δ p63		合 格
试验结论	合 格		

检定员: 检 11 核验员: 检 7 日期: 2017.04.12



以下空白