

宁波埃美柯水表有限公司

# 检测报告

TEST REPORT

证书编号: AM170623-1



计量器具名称 099 铁壳旋翼式湿式冷水表

型号 / 规格 LXS-20E

制造单位 宁波埃美柯水表有限公司

检定结论 合格



地址: 宁波骆驼通和东路 68 号

邮编: 315202

电话: 0574-86590821

传真: 0574-86590822

《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》

JJG162-2009 《冷水水表》

检定的主要计量标准器具和设备

序号	检验设备名称	规格
1	水表检定装置	DN15~50
2	水表耐压测试台	DN15~65
3	游标卡尺	0~300mm

检定结果

项目	内容		结论
公称口径	LXS-20E	DN20	合格
指示范围及颜色标记	LXS-20E	符合要求	合格
外观检查	标志齐全、正确，封印完好、完整		合格
Q4	LXS-20E	5.00m <sup>3</sup> /h	合格
Q3	LXS-20E	4.0m <sup>3</sup> /h	合格
Q2	LXS-20E	0.08m <sup>3</sup> /h	合格
Q1	LXS-20E	0.05m <sup>3</sup> /h	合格
密封检查	1.6MPa / 1Min		合格
压力损失	Δ p63		合格
试验结论	合格		

检定员：

检 11

核验员：

检 7

日期：

2017-04-13

以下空白

